

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 125/2017

PROTOCOLO Nº 501/2017

OBJETO: Registro de preços de material hospitalar (drenos e cateteres).

O Hospital Municipal Dr. Mário Gatti, por intermédio do Senhor Pregoeiro, atendendo a solicitação da área técnica, procedeu à alteração no edital da licitação em epígrafe, nos seguintes termos:

01) Alterar o item 01 do Anexo I, onde se lê:

Item	Objeto	Unidade	Quantidade total	Obs.
01	CABO ELETRODO BIPOLAR 6FR E KIT INTRODUTOR 7FR PARA ENDOCÁRDIO TEMPORÁRIO - Cabo eletrodo endocárdio para marcapasso, externo, temporário, 6FR com no mínimo 110cm de comprimento, com espaçamento de 10 a 15mm entre os pólos, via secundária para infusão de drogas, adaptação segura da rosca para fixação do cateter, fio guia, condutor que deverá ser composto em aço inox e cobertura isolante em poliuretano. Kit introdutor 7FR composto por catéter percutâneo valvulado, radiopaco, camisa protetora estéril, bainha valvulada com no mínimo 12cm com extensão e torneira, dilatador, guia em aço inoxidável de no mínimo 0,35" x 50cm, ponta J, agulha de punção com bisel trifacetado e seringa para lavagem do sistema. Embalagem estéril individual, contendo externamente dados de rotulagem conforme RDC 185 de 22/10/2001, em papel grau cirurgico e filme plástico que garanta a integridade do produto, a manipulação e a procedencia com rótulos projetados, impressos e quando for o caso aplicados de forma que permaneçam legíveis e aderidos ao produto durante as etapas de armazenamento, manuseio e uso conforme RDC 16 de 28/03/2013.	Unidade	14	COTA PRINCIPAL/ AMPLA PARTICIPAÇÃO

Leia-se:

Item	Objeto	Unidade	Quantidade total	Obs.
01	CABO ELETRODO BIPOLAR 6FR E KIT INTRODUTOR 6FR ou 7FR PARA ENDOCÁRDIO TEMPORÁRIO - Cabo eletrodo endocárdio para marcapasso, externo, temporário, 6FR com no mínimo 110cm de comprimento, com espaçamento de 10 a 15mm entre os pólos, via secundária para infusão de drogas, adaptação segura da rosca para fixação do cateter, fio guia, condutor que deverá ser composto em aço inox e cobertura isolante em poliuretano. Kit introdutor 6FR ou 7FR composto por catéter percutâneo valvulado, radiopaco, camisa protetora estéril, bainha valvulada com no mínimo 12cm com extensão e torneira, dilatador, guia em aço inoxidável de no mínimo 0,35" x 50cm, ponta J, agulha de punção com bisel trifacetado e seringa para lavagem do sistema. Embalagem estéril individual, contendo externamente dados de rotulagem conforme RDC 185 de 22/10/2001, em papel grau cirúrgico e filme plástico que garanta a integridade do produto, a manipulação e a procedência com rótulos projetados, impressos e quando for o caso aplicados de forma que permaneçam legíveis e aderidos ao produto durante as etapas de armazenamento, manuseio e uso conforme RDC 16 de 28/03/2013."	Unidade	14	COTA PRINCIPAL/ AMPLA PARTICIPAÇÃO

02) Ficam mantidas as demais condições neste edital, que não colidirem com este Adendo.

Campinas, 04 de setembro de 2017

Marcelo Ribeiro
 Pregoeiro