

**ADENDO**

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 112/2017**

**PROCESSO Nº 520/2017**

**OBJETO:** Aquisição de ureterorenoscópio autoclavável, probe e outros.

O Hospital Municipal Dr. Mário Gatti, por intermédio do Senhor Pregoeiro, atendendo a solicitação da área técnica, procedeu à alteração no edital da licitação em epígrafe, nos seguintes termos:

**01) Alterar o item 01 do Anexo I,**

onde se lê:

Item	Quantidade	Unidade	Objeto
01	01	Unidade	<b>Ureterorenoscópio Autoclavável com 310mm de comprimento</b> , ponta de diâmetro 6,0 French, com canal de trabalho de 4 French. <u>Material sobressalente:</u> <ul style="list-style-type: none"><li>• 10 unidades de vedantes internos para unidade (total de 30).</li><li>• 03 unidades de torneiras para cada ureterorenoscópio (num total de 27).</li></ul>

Leia-se:

Item	Quantidade	Unidade	Objeto
01	01	Unidade	<b>Ureterorenoscópio Autoclavável com 310mm de comprimento</b> , ponta de diâmetro 6,0 French, com canal de trabalho de 4 French. <u>Material sobressalente:</u> <ul style="list-style-type: none"><li>• 10 unidades de vedantes internos compatíveis com o equipamento ofertado.</li><li>• 03 unidades de torneiras compatíveis com o equipamento ofertado.</li></ul> Se o Ureterorenoscópio ofertado possuir torneiras de metal, não será necessário fornecer as torneiras sobressalentes. Os preços dos materiais sobressalentes (vedantes e torneiras) já deverão estar inclusos no equipamento ofertado.

**02)** Considerando que a nova redação altera a formulação das propostas, fica a data limite para acolhimento das propostas para o dia 20/09/2017 às 08h59 e o início da sessão pública para o dia 20/09/2017 às 09h15 ou seja, houve alteração na data de abertura publicada anteriormente.

**03)** Ficam mantidas as demais condições neste edital, que não colidirem com este Adendo.

Campinas, 04 de setembro de 2017

**Marcelo Ribeiro**  
Pregoeiro