

ADENDO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 112/2017

PROCESSO Nº 520/2017

OBJETO: Aquisição de ureterorenoscópio autoclavável, probe e outros.

O Hospital Municipal Dr. Mário Gatti, por intermédio do Senhor Pregoeiro, atendendo a solicitação da área técnica, procedeu à alteração no edital da licitação em epígrafe, nos seguintes termos:

01) Alterar os itens 02 e 03 do Anexo I,

onde se lê:

02	02	Unidade	Probe Renal para nefroscópio , compatível com o equipamento Kanedomed, já existente na instituição.
03	15	Unidade	Probe Ureteral para ureteroscópio , compatível com o equipamento Kanedomed, já existente na instituição.

Leia-se:

02	02	Unidade	Probe Renal para nefroscópio , compatível com o equipamento Kanedomed, já existente na instituição. Medidas da Cabeça dos Probes: 15 mm de comprimento e 5 mm de diâmetro. Medida da haste de trabalho do probe renal: 380 a 400 mm de comprimento e 1,5 a 2 mm de diâmetro.
03	15	Unidade	Probe Ureteral para ureteroscópio , compatível com o equipamento Kanedomed, já existente na instituição. Medidas da Cabeça dos Probes: 15 mm de comprimento e 5 mm de diâmetro. Medida da haste de trabalho do probe ureteral : 580 a 600 mm de comprimento e 0,8 a 1 mm de diâmetro.

02) Considerando que a nova redação altera a formulação das propostas, fica a data limite para acolhimento das propostas para o dia 23/10/2017 às 08h59 e o início da sessão pública para o dia 23/10/2017 às 09h15, ou seja, houve alteração na data de abertura publicada anteriormente.

03) Ficam mantidas as demais condições neste edital, que não colidirem com este Adendo.

Campinas, 06 de outubro de 2017

Anderson Moreira
Pregoeiro