

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 44/2018

PROCESSO Nº 230/2018

OBJETO: Locação de ventilador microprocessado e monitor multiparamétrico, mediante o Sistema de Registro de Preços.

ADENDO AO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 44/2018

A Rede Municipal Dr. Mário Gatti de Urgência, Emergência e Hospitalar, por intermédio do Senhor Pregoeiro, em virtude de impugnação apresentada por empresas interessadas, comunica aos interessados que **ALTEROU** o descritivo dos itens 01, 02, 03, 04, 05 e 06, cota principal e cota reservada, respectivamente, constante do Anexo I – Especificação do Objeto do edital da licitação em epígrafe, nos seguintes termos:

Onde se lê:

| | |
|----------------------|---|
| Itens 01 e 02 | “Pressão suporte ajustável de 0 a 60cmH ₂ O.” “Sensibilidade a fluxo entre 0,5 e 2 litros por minuto.” “Os equipamentos oferecidos para locação deverão apresentar Registro no Ministério da Saúde, Certificado de Boas Práticas de Fabricação emitido pela ANVISA e/ou Certificado de qualidade internacional para dispositivos médicos com tradução juramentada, Certificado de Conformidade do Produto com as Normas NBR IEC 60601-1, NBR IEC 60601-1-1, NBR IEC 60601-1-2, NBR IEC 60601-2-30 e NBR IEC 60601-2-49, Classificação IPX1.” |
| Itens 03 e 04 | “Faixa de medição 0 e 45 °C.” “Os equipamentos oferecidos para locação deverão apresentar Registro no Ministério da Saúde, Certificado de Boas Práticas de Fabricação emitido pela ANVISA e/ou Certificado de qualidade internacional para dispositivos médicos com tradução juramentada, Certificado de Conformidade do Produto com as Normas NBR IEC 60601-1, NBR IEC 60601-1-1, NBR IEC 60601-1-2, NBR IEC 60601-2-30 e NBR IEC 60601-2-49, Classificação IPX1.” |
| Itens 05 e 06 | “Monitor com display LCD ou LED colorido sensível ao toque, com tamanho mínimo de 15.” “Deve ser capaz de realizar o cálculo da variação da pressão de pulso.” |

Leia-se:

| | |
|----------------------|---|
| Itens 01 e 02 | “Pressão suporte ajustável de 0 a 50cmH₂O. ” “Sensibilidade a fluxo entre 1 a 2 litros por minuto.” “Os equipamentos oferecidos para locação deverão apresentar Registro no Ministério de Saúde, Certificado de Boas Práticas de Fabricação emitido pela ANVISA e/ou Certificado de qualidade internacional para dispositivos médicos com tradução juramentada, Certificado de Conformidade do Produto com as Normas NBR IEC 60601-1, NBR IEC 60601-1-1, NBR IEC 60601-1-2, NBR IEC 60601-2-30 e NBR IEC 60601-2-49, Classificação IPX. ” |
| Itens 03 e 04 | “Faixa de medição 25 °C e 45 °C. ” “Os equipamentos oferecidos para locação deverão apresentar Registro no Ministério de Saúde, Certificado de Boas Práticas de Fabricação emitido pela ANVISA e/ou Certificado de qualidade internacional para dispositivos médicos com tradução juramentada, Certificado de Conformidade do Produto com as |

| | |
|----------------------|--|
| | Normas NBR IEC 60601-1, NBR IEC 60601-1-1, NBR IEC 60601-1-2, NBR IEC 60601-2-30 e NBR IEC 60601-2-49, Classificação IPX. ” |
| Itens 05 e 06 | “Monitor com display LCD ou LED colorido sensível ao toque, com tamanho mínimo de 12,1. ” “Deve ser capaz de realizar o cálculo da variação da pressão de pulso ou cálculo de pressão de perfusão cerebral. ” |

Tendo em vista que tais alterações afetam a formulação das propostas, ficam designadas as seguintes datas e horários para os procedimentos: Abertura das propostas as 09h00 do dia 19/07/18. Início da disputa de preços a partir das 09h15 do dia 19/07/18. Ficam mantidas todas as demais condições do Edital do Pregão Eletrônico nº 44/2018 e seus anexos, no que não colidirem com as deste Adendo.

Campinas, 02 de julho de 2018.

Rogério Ferreira de Carvalho
Pregoeiro da Rede Mário Gatti