

ADENDO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90/2020

PROCESSO Nº HMMG.2020.00001057-60

OFERTA DE COMPRA Nº 824410801002020OC00063

OBJETO: Registro de Preços de materiais hospitalares diversos (sondas de aspiração e outros).

A Rede Municipal Dr. Mário Gatti de Urgência, Emergência e Hospitalar, por intermédio do senhor Pregoeiro e em virtude de adequação ao descritivo e erro material, comunica aos interessados que procedeu à **alteração do descritivo dos itens 05, 06 e 07 do Anexo I – Termo de Referência** passando a vigorar com a seguinte redação:

05	Sonda de aspiração traqueal nº 08 - sonda de aspiração traqueal nº 08 em PVC, atóxica, transparente, com aproximadamente 50 cm de comprimento, com 02 furos laterais e 01 furo na ponta. O conector deverá ser adaptável a seringas, equipos de soro e tubo extensor de látex nº 204. Deve ser flexível e não dobrável, siliconizada. Embalagem estéril individual, contendo externamente dados de rotulagem conforme RDC 185 de 22/10/2001, que garanta a integridade do produto e a procedência com rótulos projetados, impressos e, quando for o caso, aplicados de forma que permaneçam legíveis e aderidos ao produto durante as etapas de armazenamento, manuseio e uso conforme RDC nº16, de 28/03/2013. Cada sonda equivale a 01 unidade. Código SIM 63216	Unidade	4593910	55.000
----	--	---------	---------	--------

Continuação				
Item	Material	Apresentação	Código BEC	Quantidade
06	<p>Sonda de aspiração traqueal nº 10 - sonda de aspiração traqueal nº 10 em PVC, atóxica, transparente, com aproximadamente 50 cm de comprimento, com 02 furos laterais e 01 furo na ponta. O conector deverá ser adaptável a seringas, equipos de soro e tubo extensor de látex nº 204. Deve ser flexível e não dobrável, siliconizada. Embalagem estéril individual, contendo externamente dados de rotulagem conforme RDC 185 de 22/10/2001, que garanta a integridade do produto e a procedência com rótulos projetados, impressos e, quando for o caso, aplicados de forma que permaneçam legíveis e aderidos ao produto durante as etapas de armazenamento, manuseio e uso conforme RDC nº16, de 28/03/2013. Cada sonda equivale a 01 unidade. Código SIM 63213</p>	Unidade	4593936	30.500
07	<p>Sonda de aspiração traqueal nº 16 - sonda de aspiração traqueal nº 16 em PVC, atóxica, transparente, com aproximadamente 50 cm de comprimento, com 02 furos laterais e 01 furo na ponta. O conector deverá ser adaptável a seringas, equipos de soro e tubo extensor de látex nº 204. Deve ser flexível e não dobrável, siliconizada. Embalagem estéril individual, contendo externamente dados de rotulagem conforme RDC 185 de 22/10/2001, que garanta a integridade do produto e a procedência com rótulos projetados, impressos e, quando for o caso, aplicados de forma que permaneçam legíveis e aderidos ao produto durante as etapas de armazenamento, manuseio e uso conforme RDC nº16, de 28/03/2013. Cada sonda equivale a 01 unidade. Código SIM 63135</p>	Unidade	3994252	20.000



Rede Municipal Dr. Mário Gatti de Urgência, Emergência e Hospitalar

Lei Complementar nº 191/18 - CNPJ: 47.018.676/0001-76
Avenida Prefeito Faria Lima, nº 340 - Parque Itália, Campinas/SP
CEP: 13036-902 - Telefone: (19) 3772-5700

Por não impactarem na formulação de proposta uma vez que o enunciado do item e códigos permanecem os mesmos, ficam mantidas todas as demais condições do Pregão Eletrônico nº 90/2020 e seus anexos que não colidirem com as deste adendo.

Campinas, 20 de outubro de 2020.

Rogério Lazzarini de Oliveira
Pregoeiro da Rede Mário Gatti